



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 86

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Circolare Ministero della Salute 83450-12/09/2025-DGDMF-MDS-P recante “Registro Nazionale degli impianti Protesici Mammari (RNPM) – aggiornamento delle diagnosi per gli interventi di impianto primario di protesi mammarie per finalità ricostruttive”.**

Cari Presidenti,

Si trasmette per opportuna conoscenza la circolare indicata in oggetto invitando gli Ordini, nell’ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI  
MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL FARMACO

UFFICIO 5 – Vigilanza sui dispositivi medici, registri dispositivi medici  
impiantabili e attività ispettiva  
Viale G. Ribotta n. 5 – 00144 Roma

### **Alle società scientifiche**

#### **AICPE**

[aicpe@pec-legal.it](mailto:aicpe@pec-legal.it)

[segreteria.aicpe@gmail.com](mailto:segreteria.aicpe@gmail.com)

#### **ANISC**

[info@iec-srl.it](mailto:info@iec-srl.it)

[segreteria@anisc.org](mailto:segreteria@anisc.org)

[chiara.cilione@iec-srl.it](mailto:chiara.cilione@iec-srl.it)

#### **SIC**

[sichirurgia@pec.it](mailto:sichirurgia@pec.it)

#### **SICPRE**

[segreteriasicpre@pec.it](mailto:segreteriasicpre@pec.it)

[segreteria@sicpre.it](mailto:segreteria@sicpre.it)

[sicpre1@gmail.com](mailto:sicpre1@gmail.com)

#### **SICT**

[sict@pec.it](mailto:sict@pec.it)

#### **SIGO**

[sigo@legalmail.it](mailto:sigo@legalmail.it)

cc

#### **FNOMCEO**

[segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

**OGGETTO: Registro Nazionale degli impianti Protesici Mammari (RNPM) – aggiornamento delle  
diagnosi per gli interventi di impianto primario di protesi mammarie per finalità ricostruttive.**

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Lo scrivente Ufficio, all'esito delle analisi effettuate sui dati ad oggi raccolti nel Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati, comunica che a partire da martedì 16 settembre p.v. non sarà più disponibile l'opzione "*malformazione mammaria*" tra le diagnosi selezionabili per l'impianto primario di protesi mammarie per finalità ricostruttiva; sarà invece selezionabile l'opzione "*Sindrome di Poland/Tuberous Breast*".

Occorre a questo punto rappresentare che di tutti gli interventi di impianto eseguiti per asimmetrie mammarie il registro ne terrà comunque traccia tramite l'analisi dei dati raccolti.

In caso di asimmetrie mammarie, lievi o severe che siano, il clinico dovrà selezionare la "finalità estetica" della procedura eseguita per singola mammella e di conseguenza selezionare la condizione clinica di "ipoplasia" o "ptosi mammaria" per la quale si sta impiantando la protesi. È verosimile che interventi di impianto eseguiti in monolaterale o l'esecuzione di differenti procedure chirurgiche sulle due mammelle nell'ambito dello stesso intervento siano da riferirsi a condizioni cliniche di asimmetrie mammarie.

Ulteriori elementi sulla compilazione del registro verranno forniti tramite un aggiornamento delle FAQ.

Il giorno 15 settembre p.v., al fine di consentire l'aggiornamento del sistema, non sarà possibile registrare gli interventi.

Si invitano le società scientifiche in indirizzo ad assicurare che la presente comunicazione sia tempestivamente diffusa ai propri soci, con la raccomandazione di attenersi alle indicazioni sopra esposte per garantire una corretta e uniforme compilazione dei dati nel Registro.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 5

Dott.ssa Antonella Campanale